

**ALLEGATO M5 bis**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “MATERIALE PER  
OSTEOSINTESI PEDIATRICA” OCCORRENTI A AA.SS.LL., EE.OO. e  
I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA – II EDIZIONE PER UN PERIODO DI  
36 MESI CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI  
12 MESI**

**16 LOTTI**

**QUESTIONARIO TECNICO**

**SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Compilare una scheda per ciascun lotto partecipato**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ cap (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ cap (\_\_\_\_\_)  
in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

1 - ☐ in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2 - ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data  
\_\_\_\_\_ dal Notaio in \_\_\_\_\_ Dott.  
\_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_, e legale rappresentante

dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ cap (\_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
sede operativa in \_\_\_\_\_ cap (\_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_

di seguito "Impresa",

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi

### **DICHIARA:**

- che nei prodotti offerti nella presente procedura sono presenti tutti i requisiti minimi (pena esclusione), previsti nel Capitolato tecnico e, segnatamente:

**N.B. AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA (REQUISITI DI MINIMA E CRITERI DI VALUTAZIONE) LA COMMISSIONE GIUDICATRICE TERRÀ IN CONSIDERAZIONE SOLO I CODICI DEI PRODOTTI INDICATI NELL'OFFERTA SILENTE.**

**Lotto 1 VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) NON CANNULATA IN TITANIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm	Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente	
almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga	Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente	
La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.	Si	No		
Materiale: titanio	Si	No		
Criteri di valutazione				
	Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata			
Gamma diametri e tipologia delle viti	Indicare il numero e tipologia  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente			
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte	Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente			
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 2 - VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) NON CANNULATA IN ACCIAIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.		Si	No	
Materiale: acciaio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma diametri e tipologia delle viti		Indicare il numero e tipologia  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 3 - VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) CANNULATA IN TITANIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.		Si	No	
Materiale: titanio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma diametri e tipologia delle viti		Indicare il numero e tipologia  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 4 - VITE CONICA ASTRAGALICA (RETROGRADA) CANNULATA IN ACCIAIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diverse lunghezze a partire da 2,5 cm fino a 4,5 cm		Si	No	<i>Elencare misure offerte</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>
Almeno due diametri da 6,5 mm a 8 mm nella parte più larga		Si	No	<i>Elencare misure offerte</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>
La vite conica dovrà avere un filetto con passo adatto all'inserimento nell'osso spongioso dell'astragalo e che impedisca la sua espulsione sotto carico.		Si	No	
Materiale: acciaio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma diametri e tipologia delle viti		<i>Indicare il numero e tipologia</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		<i>Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 5 - VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN TITANIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata)		Si	No	
Altezze della testa variabili per essere adattabile ai vari piedi.		Si	No	
Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm		Si	No	
Materiale: titanio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma diametri e tipologia delle viti		Indicare il numero e tipologia  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 6 - VITE CALCANEARE (ANTEROGRADA) IN ACCIAIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diametro adeguato (da 5 a 7 mm circa della parte filettata)		Si	No	
Altezze della testa variabili per essere adattabile ai vari piedi.		Si	No	
Lunghezza totale della vite da 20 mm a 30 mm		Si	No	
Materiale: acciaio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma diametri e tipologia delle viti		Indicare il numero e tipologia  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				



**Lotto 7 - PROTESI PER PIEDE PIATTO / IMPIANTO ENDOSENOTARSICO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Almeno quattro dimensioni		Si	No	Indicare il numero  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Filo guida dedicato che presenti un adeguato filetto per consentirne la stabilità a livello del seno del tarso e piccoli fori/fessure attraverso i quali l'osso possa, penetrando al loro interno, stabilizzarla		Si	No	
Testa della vite a brugola		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma viti		Indicare il numero  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Presenza di testa torx				
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 8 - PLACCHE A OTTO PER EPIFISIODESI (CRESCITA GUIDATA) IN TITANIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Almeno tre dimensioni da 12 mm a 20 mm di lunghezza		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Con alloggiamenti per le viti coniche o tronco coniche in modo da permettere il movimento della testa della vite all'interno del suo alloggiamento nella placca. Tale movimento angolare dovrà essere di almeno 20° per ogni singola vite		Si	No	
La placchetta dovrà possedere un foro centrale per permettere il passaggio del filo guida posto nella cartilagine di accrescimento		Si	No	
Il complesso vite placca non dovrà essere più alto (sporgente) di 4,0 mm circa (basso profilo)		Si	No	
Viti cannulate e non cannulate in titanio completamente filettate autofilettanti, con testa a brugola		Si	No	
Varie lunghezze a partire da 16 mm fino a 32 mm.		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Fili guida non filettati di diametro inferiore a 1,5 mm		Si	No	
Materiale: Titanio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Gamma della lunghezza e della forma delle placche		Indicare il numero e forma  Si ricorda che ai fini della valutazione		

 <b>ATS LIGURIA</b> <small>AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA</small>	<b>CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'</b> <b>Tel.: 010 5488541</b> <b>email: <a href="mailto:direzione.areals@atsliguria.it">direzione.areals@atsliguria.it</a></b>	 <b>Liguria Salute</b> <small>AREA LIGURIA SALUTE</small>
---	--	--

	<i>la commissione giudicatrice terrà in considera-zione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere	

**Lotto 9 - PLACCHE A OTTO PER EPIFISIODESI (CRESCITA GUIDATA) IN ACCIAIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Almeno tre dimensioni da 12 mm a 20 mm di lunghezza		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Con alloggiamenti per le viti coniche o tronco coniche in modo da permettere il movimento della testa della vite all'interno del suo alloggiamento nella placca. Tale movimento angolare dovrà essere di almeno 20° per ogni singola vite		Si	No	
La placchetta dovrà possedere un foro centrale per permettere il passaggio del filo guida posto nella cartilagine di accrescimento		Si	No	
Il complesso vite placca non dovrà essere più alto (sporgente) di 4,0 mm circa (basso profilo)		Si	No	
Viti cannulate e non cannulate in titanio completamente filettate autofilettanti, con testa a brugola		Si	No	
Varie lunghezze a partire da 16 mm fino a 32 mm.		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Fili guida non filettati di diametro inferiore a 1,5 mm		Si	No	
Materiale: acciaio amagnetico		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Gamma della lunghezza e della forma delle placche		Indicare il numero lunghezze e forma  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		

Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere

**Lotto 10 - FILI RIASSORBIBILI**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Fili riassorbibili da 1,5 mm a 3,5 mm di diametro		Si	No	<i>Elencare misure offerte</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>
Tagliabili della lunghezza voluta con un semplice tronchese per fili in acciaio od altro idoneo tagliente		Si	No	
Strumentario per il loro posizionamento		Si	No	
Tali fili debbono avere un modulo di elasticità simile a quello dell'osso ed una resistenza il più possibile uguale a quella dei fili di acciaio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Identificazione dei componenti				
Gamma dei fili		<i>Indicare il numero</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>		
Maggior tempo di riassorbimento (non inferiore a 30 giorni)				
Resistenza meccanica sovrapponibile a quella dei fili non riassorbibili				
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

**Lotto 11 - VITI CANNULATE DA 6 MM O 7 MM DI DIAMETRO CILINDRICHE**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Viti cannulate da 6 mm o da 7 mm. di diametro		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Lunghezza da 60 mm a 130 mm, con differenze fra una e l'altra di 5 mm		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Parzialmente filettate con testa a brugola o torx e con un sistema di tenuta della vite che agevoli la rimozione		Si	No	
Il filetto della vite dovrà essere a passo ampio in modo da poter essere solidamente ancorato al tessuto osseo spongioso		Si	No	
Rondelle in acciaio di adeguate dimensioni, piatte su un lato e coniche dall'altro, compatibili con la vite		Si	No	
Materiale: acciaio amagnetico		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma diametri e tipologia delle viti		Indicare il numero diametri e tipologia viti  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Minore intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte		Indicare intervallo di progressione della lunghezza delle viti offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				





**Lotto 12 - CHIODI ENDOMIDOLLARI TELESCOPICI PER IL TRATTAMENTO DELL'OSTEOGENESI IMPERFETTA O ALTRE PATOLOGIE IN ACCIAIO**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Chiodi in acciaio telescopici per tibia, femore e omero		Si	No	
Varie lunghezze (da 195 mm a 415 mm)		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Vari diametri (da 3,2 mm a 6,5 mm)		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Che possano essere impiantati anche in ossa fragili quali quelle dell'O.I. per ridurre l'immobilizzazione gessata nel trattamento delle fratture e delle deformità dei pazienti		Si	No	
I chiodi debbono avere degli adeguati mezzi di fissaggio a livello dell'articolazione e/o delle cartilagini di accrescimento al fine di permettere lo scorrimento del maschio all'interno della parte cannulata del chiodo stesso durante l'accrescimento.		Si	No	
Materiale: acciaio amagnetico		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma delle lunghezze dei chiodi		Indicare il numero  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

 <b>ATS LIGURIA</b> AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA	<b>CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'</b> Tel.: 010 5488541 email: <a href="mailto:direzione.areals@atsliguria.it">direzione.areals@atsliguria.it</a>	 <b>Liguria Salute</b> AREA LIGURIA SALUTE
--	--	---

Lotto 13 - CHIODO ENDOMIDOLLARE PER FRATTURE DI FEMORE E/O TIBIA NEGLI ADOLESCENTI (PICCOLI DIAMETRI)				
Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
	Chiodi endomidollari bloccabili prossimalmente e distalmente in modo sia dinamico che statico	Si	No	
	diametri a partire da 7 mm fino a 10 mm	Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
	Con offset per introduzione dal gran trocantere o dall'apofisi tibiale anteriore	Si	No	
	Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.	Si	No	
	Ogni vite deve essere confezionata in singola confezione sterile e rintracciabile.	Si	No	
	Le confezioni delle viti dovranno riportare in maniera chiara e di facile lettura le dimensioni delle stesse	Si	No	
	Materiale: Titanio o acciaio amagnetico	Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
	Gamma delle lunghezze dei chiodi	Indicare il numero  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
	Identificazione codici			
	Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere			

**Lotto 14 - VITI CANNULATE RIASSORBIBILI**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Le viti debbono essere cannulate ed avere la stessa resistenza meccanica alle forze di taglio e compressione di quelle in metallo		Si	No	
Tale resistenza si deve mantenere (dimostrata da prove scientifiche inconfutabili) per almeno 60 gg prima di iniziare il decadimento dovuto al riassorbimento		Si	No	
Devono presentare diverse lunghezze e diametri		Si	No	<i>Elencare misure offerte</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>
Il filetto deve essere disponibile per tutta la lunghezza della vite oppure solo nella parte terminale (vite a richiamo).		Si	No	
Materiale: Titanio o acciaio amagnetico		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma viti		<i>Indicare il numero</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>		
Identificazione codici				
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

 <b>ATS LIGURIA</b> AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE LIGURIA	<b>CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'</b> Tel.: 010 5488541 email: <a href="mailto:direzione.areals@atsliguria.it">direzione.areals@atsliguria.it</a>	 <b>Liguria Salute</b> AREA LIGURIA SALUTE
--	--	---

Lotto 15 - CHIODI ENDOMIDOLLARI TIBIALI PER ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI (TIBIA)				
Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
<b>Caratteristiche tecniche minime</b>				
	Diametri da 8 mm a 12,5 mm e lunghezze da 155 mm a 370 mm	Si	No	<i>Elencare misure offerte</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>
	Con magnete al suo interno o in posizione sottocutanea collegato al meccanismo di allungamento/accorciamento dello stesso.	Si	No	
	Il magnete deve essere comandabile dall'esterno.	Si	No	
	Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere accorciato o allungato, senza che si debba sottoporre il paziente ad un ulteriore intervento.	Si	No	
	Debbono essere fornite le apposite viti di bloccaggio del chiodo sia a livello prossimale che distale.	Si	No	
	Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.	Si	No	
	Chiodi e viti in confezione monouso sterile	Si	No	
	Materiale: Titanio	Si	No	
<b>Criteri di valutazione</b>				
		<b>Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata</b>		
	Gamma misure (diametri e lunghezze)	<i>Indicare il numero</i>  <i>Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente</i>		
	Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere			

**Lotto 16 - CHIODI ENDOMIDOLLARI FEMORALI PER ALLUNGAMENTO DEGLI ARTI (FEMORE)**

Ref.	Descrizione requisito	Presenza Barrare Si/No		Note di dettaglio (eventuali) Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata
Caratteristiche tecniche minime				
Diametri da 8,5 mm a 12,5 mm e lunghezze da 165 mm a 365 mm		Si	No	Elencare misure offerte  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente
Con magnete al suo interno o in posizione sottocutanea collegato al meccanismo di allungamento/accorciamento dello stesso.		Si	No	
Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere applicato o dalla fossetta trocanterica o dall'apice del trocantere così come per via retrograda dalla gola intercondiloidea		Si	No	
Il magnete deve essere comandabile dall'esterno.		Si	No	
Il chiodo dovrà avere la possibilità di essere accorciato o allungato, senza che si debba sottoporre il paziente ad un ulteriore intervento.		Si	No	
Debbono essere fornite le apposite viti di bloccaggio del chiodo sia a livello prossimale che distale.		Si	No	
Il chiodo dovrà essere dotato dell'apposito strumentario per l'applicazione e la rimozione.		Si	No	
Chiodi e viti in confezione monouso sterile		Si	No	
Materiale: Titanio		Si	No	
Criteri di valutazione				
		Indicare le pagine di riferimento nella documentazione tecnica allegata		
Gamma misure (diametri e lunghezze)		Indicare il numero  Si ricorda che ai fini della valutazione la commissione giudicatrice terrà in considerazione solo i codici dei prodotti indicati nell'offerta silente		
Adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere				

	<p><b>CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO PER LA SANITA'</b>  <b>Tel.: 010 5488541</b>  <b>email: <a href="mailto:direzione.areals@atsliguria.it">direzione.areals@atsliguria.it</a></b></p>	
---	---	---

**NB.** Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già presenti aggiornati e immediatamente scaricabili dalle banche dati ufficiali del Ministero della Salute, le ditte concorrenti potranno astenersi dalla presentazione, **indicando nell'elenco il link a cui collegarsi per scaricare il documento.**>

**NB:** Il documento dovrà essere **SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE** dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”.

Per le prescrizioni inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara.