

ITEM	CRITERIO	SUB CRITERIO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
1	Stazione di navigazione	saranno valutate le caratteristiche hardware e il layout di posizionamento della stazione di navigazione rispetto al campo operatorio, agli ingombri e alla modalità di esecuzione delle procedure	Q1 - PROVA PRATICA	10
		saranno valutate le caratteristiche e l'ergonomia della telecamera a infrarossi, con particolare riferimento ai possibili layout di posizionamento rispetto al campo operatorio e alla sicurezza nello svolgere le procedure		
		sarà valutato il software di navigazione in relazione alle tecniche di navigazione e agli strumenti accessori utilizzati, all'interfaccia utente, al livello di precisione, affidabilità e rapidità di elaborazione dei dati		15
		diagonale del monitor superiore a 21"	Q3	3
		funzione touchscreen del monitor	Q5	1
2	Stazione di pianificazione	sarà valutata la piattaforma di pianificazione in termini di caratteristiche hardware, con particolare riferimento alle funzioni di richiamo delle immagini pre operatorie	Q1 - PROVA PRATICA	8
		sarà valutata l'interfaccia utente del software di pianificazione, l'usabilità, con particolare riferimento alle tecniche di fusione, di calcolo e pianificazione delle traiettorie		15
		ricostruzione di modelli 2D e 3D di strutture anatomiche con rimozione di strati di tessuto lungo la traiettoria. Descrivere le funzionalità offerte e il valore aggiunto per il Clinico		5
		trattografia con l'elaborazione di sequenze di diffusione (DWI) per la ricostruzione dei fasci neurali, con metodo deterministico e probabilistico: sarà valutato il livello di automazione della funzione		5
		contornazione manuale e automatica degli oggetti. Sarà valutata l'efficacia e il livello di automazione della funzione		5
3	Integrazioni	possibilità di integrare il microscopio marca Leica modello M720	Q5	1
		possibilità di integrare l'esoscopio marca Storz modello Vitom Eagle (funzione fuoco)	Q5	2
4	Organizzazione del servizio di assistenza e manutenzione	verrà valutata l'organizzazione della rete di assistenza e la sua articolazione sul territorio	Q1	4
		disponibilità a fornire apparecchiatura sostitutiva ove danno non riparabile entro 2 giorni lavorativi, migliorativo rispetto al minimo richiesto	Q5	3
5	Piano di Formazione proposto	piano di formazione dedicato agli operatori e al personale di sala coinvolto nell'utilizzo del sistema	Q1	3
				80