

	PARAMETRI	PUNTEGGIO	CRITERIO VALUTAZIONE
I.	Minore margine di errore (delta realtà anatomica – immagini acquisite). Il parametro dovrà essere indicato in mm.	6	Q4*
II.	Tempo di ricezione di almeno 400 immagini da sistema arco a C Ziehm (in dotazione all'Istituto) inferiore a 60 secondi. Sarà valutata positivamente il minor tempo di acquisizione inferiore a 60sec.	6	Q4
III.	Dimensione del monitor principale superiore a 24" - Sarà valutato positivamente la dimensione maggiore di 24"	6	Q3
IV.	Durata della batteria tampone a sistema in uso. Parametro da fornire in minuti. Valutata positivamente la maggiore durata della batteria	6	Q3*
V.	Fornitura di migliori HW e SW rispetto al minimo indicato inclusa nel prezzo offerto – prova pratica	6	Q1
VI.	Visualizzazione di più di due set di dati immagine. Sarà valutato positivamente la visualizzazione di più di 2 set di dati immagine. Sarà verificato anche in prova pratica.	6	Q5
VII.	Confezionamento ed Etichettatura: relativamente al materiale sterile si valuterà positivamente la presenza di ulteriori dati su etichettatura che consentano (a titolo di esempio, sebbene non indicativo e/o esaustivo, si indica l'eventuale presenza di Qrcode) la tracciatura del materiale sterile in tutte le fasi (dalla produzione al trasporto) dei dati relativi al grado di umidità e il dato della temperatura controllata, ciò consentirebbe all'Istituto, accreditato Joint Commission dal 2007, di soddisfare, con modalità agevolate, gli standard previsti in materia da JCI.	4	Q5
VIII.	Fornitura, all'interno della base d'asta, della possibilità di eseguire attività di pianificazione anche da ulteriori postazioni (c.d. remote)	10	Q5
IX.	Ergonomia e facilità d'uso, tra cui: - sistema, tipo repere da impiantare sul paziente, che permetta in un unico gesto chirurgico complessivo di essere reso solidale alla struttura anatomica da navigare - possibilità di posizionamento - prova pratica	12	Q1
X.	Verrà valutata l'organizzazione della rete di assistenza e la sua articolazione sul territorio	5	Q1
XI.	Disponibilità alla fornitura di muletto sostitutivo in tempi minori dei minimi indicati: - entro 24 h – punti = 5 - tra 24h e 48 h – punti = 2 - oltre 48h – punti = 0	5	Q5
XII.	Piano di formazione proposto: modalità e tempistiche differenziato per qualifica coinvolta e numero di ore.	4	Q1
XIII.	Tempi di consegna dall'emissione dell'ordinativo delle apparecchiature: minore di 60 giorni	4	Q4
TOTALE		80	